

INSTITUT de PHYSIQUE du GLOBE
Service des Observatoires Magnétiques Austraux
4, Avenue de Neptune
94100 - Saint-Maur-des-Fossés

Cette publication, sous forme de fascicule, se substitue aux Annales de l'Institut de Physique du Globe de Paris.

Le fonctionnement de l'Observatoire de Dumont d'Urville est pris en charge par le Territoire des Terres Australes et Antarctiques Françaises. Les Expéditions Polaires Françaises assurent pour le compte du Territoire la gestion de l'établissement permanent de Dumont d'Urville dans le district de Terre Adélie.

OBSERVATIONS MAGNÉTIQUES
faites à l'Observatoire de Dumont d'Urville
Terre Adélie - 1975

par
R. SCHLICH, J. BITTERLY, Ph. LEFEVRE et T. LAURENT

L'Observatoire magnétique de Dumont d'Urville en Terre Adélie a pour coordonnées géographiques : $66^{\circ} 40' S$ et $140^{\circ} 01' E$; les coordonnées géomagnétiques correspondantes sont $75,6^{\circ} S$ et $230,8^{\circ} E$. Créé à l'occasion de l'Année Géophysique Internationale en 1957, cet Observatoire a été entièrement rénové au cours de l'été austral 1973 (Schlich et al., 1975a).

L'Observatoire de Dumont d'Urville comporte, pour ce qui intéresse les observations magnétiques classiques, un magnétomètre tri-directionnel du type « Fluxgate » et une sonde à vapeur de césium pour l'enregistrement des variations des composantes X, Y, Z et de l'intensité F du champ magnétique terrestre. Les variations (X, Y, Z et F) sont enregistrées numériquement sur bande magnétique et sont visualisées par enregistrement graphique. Le magnétographe La Cour, installé en 1957, a été maintenu en fonctionnement au cours de l'année 1975. Les mesures absolues ont été effectuées sur le pilier de référence, à l'aide des Q.H.M. 314, 141 et 742, et d'un magnétomètre à protons Elsec. Les Q.H.M. sont de fabrication spéciale, ils permettent de mesurer des champs horizontaux de quelques centaines de gammas et de déterminer la valeur de la déclinaison.

Les caractéristiques essentielles du variomètre Fluxgate, de la sonde à césium et des dispositifs d'enregistrement associés, sont données ci-dessous :

1 - Variomètre tri-directionnel Fluxgate

- sensibilité : $5 \text{ mV}/\gamma$, (précision 0,1 %)
- bruit : $0,1 \gamma$, crête à crête, dans la bande de 0 à 0,5 Hz
- stabilité thermique des capteurs : $0,1 \gamma/^{\circ} C$
- stabilité thermique de l'électronique associée : $0,15 \gamma/^{\circ} C$ pour un champ compensé de 50 000 γ .
- stabilité à long terme : environ $1 \gamma/\text{mois}$
- température de fonctionnement : $11,4^{\circ} C \pm 0,8^{\circ} C$

2 - Magnétomètre à césium

- constante de l'oscillateur : 3,4987 Hz/ γ
- temps de comptage pour la mesure : $0,285817 \pm 1.10^{-6}$ s, donnant une lecture en dixième de gamma, la précision de la valeur affichée de F étant de l'ordre de $\pm 1 \gamma$ pour un champ mesuré de 70 000 γ .

3 - Dispositif d'enregistrement numérique associé

- dynamique : $\pm 1\ 000 \gamma$, (20 000 points)
- résolution : $\pm 0,1 \gamma$
- écart de linéarité du convertisseur analogique-numérique : inférieur à 0,5 γ pour 1 000 γ .
- cadence d'échantillonnage : une information toutes les minutes
- durée de l'échantillonnage : 100 ms par composante (X, Y, Z).

Les informations « champ magnétique » sont enregistrées séquentiellement dans l'ordre X, Y, Z et F. Toutes les vingt minutes, ces informations sont complétées par l'indicatif de l'Observatoire, la date et l'heure. La précision du temps est de l'ordre de 0,5 seconde.

4 - Enregistrements graphiques associés

Le dispositif est équipé de deux enregistreurs, l'un à sensibilité normale et l'autre à sensibilité réduite.

Enregistreur à sensibilité normale :

- dynamique : 1 000 γ
- valeur d'échelle : 4 γ /mm, (précision 2 %)
- vitesse d'enregistrement : 51 mm/heure

Enregistreur à sensibilité réduite :

- dynamique : décalage de zone automatique
- valeur d'échelle : 10 γ /mm, (précision 5 %)
- vitesse d'enregistrement : 20 mm/heure.

Pour l'année 1975, toutes les observations ont été ramenées au pilier de référence mis en place en 1973 (Schlich et al., 1975a).

Pour les composantes X, Y et Z les valeurs X_0 , Y_0 et Z_0 de la ligne de base correspondent au zéro électrique des variomètres, défini pour une valeur choisie du courant de compensation. Pour le champ total F la stabilité de la ligne de base ne dépend que de l'oscillateur de référence ; sa valeur F_0 est définie par la différence de champ entre le « pilier absolu » et l'emplacement de la sonde à césium. Pour les composantes X et Y, le Q.H.M. 742 a été conservé comme référence. Pour la composante verticale Z, les déterminations de ligne de base ont été faites à partir des mesures de F

(magnétomètre à protons) et des valeurs calculées correspondantes de X et de Y. Les déterminations effectuées en 1975 montrent qu'il existe, comme en 1973 et en 1974, une évolution régulière en fonction du temps des valeurs calculées des lignes de base X_0 , Y_0 et Z_0 . Cette évolution reste de faible amplitude (1 à 4 γ /mois) pour les composantes X et Z mais apparaît plus importante pour la composante Y. en particulier de janvier à mai et d'octobre à décembre, périodes pour lesquelles on peut atteindre une dérive de 9 γ /mois ; il n'est toujours pas possible de fournir une explication complète à ce phénomène (Schlich et al., 1975b). Afin de tenir compte de cette évolution au cours du temps, on a calculé, par une méthode de moindres carrés, pour des intervalles de temps choisis, une équation liant linéairement la valeur de la ligne de base à l'indice J du jour dans l'année. L'erreur qui résulte de cette approximation n'excède jamais deux gammas pour X et Z et quatre gammas pour Y. Les valeurs de base X_0 , Y_0 et Z_0 (exprimées en gammas) pour l'enregistrement numérique sont données ci-dessous :

$X_0 = - 848 + 0,203 J$	du 01.01 au 14.01.1975
$X_0 = - 822 + 0,034 J$	du 15.01 au 28.02.1975
$X_0 = - 816 - 0,068 J$	du 01.03 au 01.04.1975
$X_0 = - 836 + 0,160 J$	du 02.04 au 26.04.1975
$X_0 = - 803 - 0,124 J$	du 27.04. au 21.06.1975
$X_0 = - 832 + 0,040 J$	du 22.06 au 02.08.1975
$X_0 = - 817 - 0,028 J$	du 03.08 au 04.09.1975
$X_0 = - 824$	du 04.09 au 11.12.1975
$X_0 = - 882 + 0,168 J$	du 12.12 au 31.12.1975
$Y_0 = - 426 - 0,212 J$	du 01.01 au 14.01.1975
$Y_0 = - 455 + 0,245 J$	du 15.01 au 30.04.1975
$Y_0 = - 412 - 0,112 J$	du 01.05 au 12.05.1975
$Y_0 = - 447 + 0,148 J$	du 13.05 au 22.06.1975
$Y_0 = - 406 - 0,085 J$	du 23.06 au 31.07.1975
$Y_0 = - 524 + 0,474 J$	du 01.08 au 07.08.1975
$Y_0 = - 410 - 0,051 J$	du 08.08 au 04.09.1975
$Y_0 = - 410$	du 05.09 au 28.09.1975
$Y_0 = - 372 - 0,176 J$	du 29.09 au 30.11.1975
$Y_0 = - 331 - 0,300 J$	du 01.12 au 31.12.1975
$Z_0 = - 70514 + 0,032 J$	du 01.01 au 14.01.1975
$Z_0 = - 70531 - 0,005 J$	du 15.01 au 04.09.1975
$Z_0 = - 70520 + 0,009 J$	du 05.09 au 31.12.1975

Deux interventions sur le variomètre Fluxgate, effectuées les 15 janvier et 4 septembre, expliquent les discontinuités observées dans les valeurs de ligne de base de part et

d'autre de ces dates.

Les valeurs instantanées et les valeurs de champ moyen ont été calculées à partir des valeurs numériques enregistrées sur bandes magnétiques. Pour les périodes pour lesquelles les enregistrements numériques font défaut, en particulier entre le 25 mars et le 23 mai 1975, les valeurs moyennes horaires ont été établies à partir des enregistrements graphiques associés ou à partir des magnétogrammes La Cour numérisés à l'aide d'un lecteur de courbe semi-automatique suivant le procédé habituel (Schlich et Palomares, 1966).

Les valeurs publiées dans les tableaux qui suivent sont les valeurs moyennes horaires, centrées sur les demi-heures T.U. Pour la présentation des tableaux de valeurs moyennes, on a utilisé les mêmes normes que celles définies dans les publications de l'Année Géophysique Internationale (LEBEAU et SCHLICH, 1962). Les jours calmes et perturbés internationaux sont repérés par les lettres Q et D. Les moyennes diurnes n'ont pas été calculées pour les jours où manquaient plus de 12 données horaires ; pour les jours où le nombre de données manquantes était inférieur ou égal à 12, on a substitué à ces données les moyennes mensuelles des heures correspondantes, valeurs qui figurent dans les dernières lignes des tableaux. Les moyennes diurnes ainsi obtenues sont signalées par une parenthèse. La moyenne de toutes les valeurs fournit la valeur moyenne mensuelle.

Dans les tableaux, toutes les valeurs de Z, exprimées en gammas, sont données par rapport à une base de - 70 000 gammas. Les valeurs de X, exprimées en gammas, sont rapportées à une base de - 500 gammas. On obtient les valeurs moyennes horaires pour les composantes Z et X en retranchant aux valeurs de base les chiffres inscrits dans les tableaux. Pour Y, les tableaux fournissent directement au signe près les valeurs moyennes horaires.

On a calculé en outre pour chacune des composantes enregistrées, afin de déterminer les variations journalières du champ, les écarts horaires moyens pour tous les jours, les jours calmes et les jours perturbés internationaux. Ces résultats exprimés en 1/10 de gamma sont rassemblés dans des tableaux distincts. L'été correspond aux mois de novembre, décembre, janvier, février et l'hiver aux mois de mai, juin, juillet, août.

Les moyennes annuelles à partir desquelles est déterminée la variation séculaire sont données dans le tableau ci-dessous :

Composantes	Moyenne annuelle 1975	Variation séculaire
Verticale Z	- 70 433 γ	+ 65 γ
Horizontale X	- 874 γ	- 48 γ
Horizontale Y	- 432 γ	- 4 γ

RÉFÉRENCES

LEBEAU A. et SCHLICH R., 1962 – Étude des observations réalisées à la station de Dumont d'Urville (Terre Adélie), avril 1957 à décembre 1958. Publication Française de l'A.G.I., C.N.R.S., série III, fascicule 3.


SCHLICH R. et PALOMARES M., 1966 – Traitement semi-automatique d'enregistrements analogiques. Application aux magnétogrammes. Ann. de l'Institut de Physique du Globe de Paris XXXIV, 121–147.

SCHLICH R., BITTERLY J., OLLIVIER B. et PETIT J.R., 1975a – Observations magnétiques faites à l'Observatoire de Dumont d'Urville (Terre Adélie), 1973. Fascicule Institut de Physique du Globe de Paris.

SCHLICH R., BITTERLY J., DEININGER R. et DENIER P., 1975b – Observations magnétiques faites à l'Observatoire de Dumont d'Urville (Terre Adélie), 1974. Fascicule Institut de Physique du Globe de Paris

TABLEAUX

- Valeurs moyennes horaires pour Z, X et Y pour 1975.
- Écarts horaires moyens pour Z, X et Y pour tous les jours, les jours calmes et les jours perturbés pour 1975.



LIGNES DE BASE D'URVILLE 1975
 Magnétomètre tri-directionnel "Fluxgate"